

BERITA ACARA AANWIJZING/ PEMBERIAN PENJELASAN

**PEMILIHAN MITRA KERJASAMA
PELAYANAN HEMODIALISIS UNTUK LAYANAN PASIEN
BERUPA PEMANFAATAN ASET MESIN HEMODIALISIS
DAN PENYEDIAAN CONSUMABLE HEMODIALYSIS
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN**


Nomor: BJ.02.02/D.XXVI.8/14550/2025

Tanggal: 28 Agustus 2025


Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertandatangan dibawah ini Tim Juri, Tim Teknis, dan Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama telah mengadakan pertemuan dalam acara Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) terhadap Dokumen Pemilihan dengan Nomor: BJ.02.02/D.XXVI.8/14399/2025 tanggal 26 Agustus 2025.

Berikut adalah notulen dari acara pemberian penjelasan Dokumen Pemilihan:

1. Pukul 10.01 WIB, pemberian penjelasan (*aanwijzing*) mulai dilaksanakan;
2. Penjelasan dilaksanakan secara online melalui email panitiapemilihanmitrakerjasama@gmail.com
3. Dalam acara tersebut terdapat pertanyaan dari 3 calon mitra, dengan jawabannya;















4. Terdapat Addendum/ perubahan Dokumen Pemilihan;
5. Acara penjelasan ditutup pukul 11.00 WIB;

No	Penanya	Pertanyaan	Jawaban
1	 risklegal@sinarrodautama.co.id PT Sinar Roda Utama	1. Pada KAK (Point 3.B.8) = Apakah perlu melampirkan dokumen PKS yg masih aktif jika, yang dipilih > 60 RS? Atau apakah bisa kami memberikan surat pernyataan terkait jumlah mitra kerjasama > 60 RS namun, untuk buktinya dokumen PKS hanya melampirkan 3 RS? 2. Mohon dapat penjelasannya perbedaan antara Point 3.B.8 dengan Point 3.B.9 (pada KAK)? 3. Pada KAK (Point 3.B.12) = Kami mengusulkan agar point terkait hibah, dapat direvisi menjadi diseraikan, karena penyerahan sarana & prasarana ini merupakan bagian dari konsekuensi kerjasama. Sedangkan hibah dapat diartikan pemberian secara sukarela tanpa konsekuensi imbalan. 4. Kami mengusulkan rumusan perhitungan score pada Penilaian Data Teknis juga diterapkan pada seluruh penawaran harga, tidak hanya pada harga yang lebih rendah dari 410.000.	1. Harus melampirkan kontrak kerjasama yang masih aktif 2. Point 3.B.8 menyatakan jumlah rumah sakit, sedangkan point 3.B.9 menyatakan durasi/ waktu pelaksanaan Kerjasama. 3. Sesuai dokumen pemilihan 4. Sesuai dokumen pemilihan
2	 martinus@issmedika.com PT. Interskala Sehat Sejahtera.	1. Surat Perjanjian yang dibutuhkan sebagai bukti PT Interskala Sehat Sejahtera telah berpengalaman sebagai mitra Rumah Sakit dalam menangani Kerjasama Hemodialisis yang akan kami submit, apakah cukup cover depan belakang, atau harus full 1 PKS? 2. Apa yang dimaksud dari pembayaran imbal hasil biaya operasional yang digunakan untuk pelayanan Hemodialisis sesuai dengan perhitungan yang berlaku, yaitu minimal 1,6% dari pembayaran tagihan pihak II? dan bagaimanakah mekanisme pembayarannya? 3. Mesin MKHD sudah dilengkapi dengan Baterai sesuai kebutuhan tenaga listrik, apakah kami masih perlu menyediakan UPS? 4. Bagaimanakah maksud dari 5 (lima) liter Cairan Acid (Kemasan 10 Liter)?	1. Satu dokumen kontrak full, dari cover sampai lembar tandatangan berikut lampirannya 2. Dapat dilihat dalam draft perjanjian kerjasama klausul imbal hasil. 3. Sesuai dokumen pemilihan 4. Setiap pasien membutuhkan 5 liter per tindakan tetapi dapat dikirimkan kemasan 10 liter.
3	 ratna@tawadahealthcare.com PT Tawada	1. Di Dokumen Pemilihan Mitra Kerjasama No 15.3.1.a2.1 sanggup menyediakan UPS untuk setiap mesin. Pada mesin yang kami Tawarkan sudah terdapat backup baterai selama 30 menit, jadi baterai tersebut sudah menjadi pengganti UPS. Pertanyaan : Apakah baiknya pemberian UPS ini hanya untuk alat yang tidak mempunyai back up baterai 2. Di Dokumen Pemilihan Mitra Kerjasama No 15.3.1.a2.1 Apa yang dimaksud biaya penggantian dialisis fluit filter	1. Sesuai dokumen pemilihan 2. Penggantian filter dialisis fluid pada mesin menjadi tanggung jawab penyedia.

	3. Di Dokumen Pemilihan Mitra Kerjasama No 15.3.a2.10 Pada unit RO kami dipasang filter endotoksin dengan kapasitas besar dengan lifetime kurang lebih 1-2 tahun free endotoksin, jika gagal pengujian endotoksin kami akan melakukan sanitasi jalur pipa HD secara berkala dan melakukan uji endotoksin sampai dihasilkan sesuai dengan standar yang di syaratkan. pertanyaan : mohon saran agar penggantian filter endotoksin RO ditambahkan untuk pengantiannya sesuai dengan lifetime masing masing vendor 4. Di Dokumen Pemilihan Mitra Kerjasama No 15.3.a2.12 Kami mempunyai layanan teknologi Dialiser Bernama HDX therapy yang lebih baik dari pada HDF Pertanyaan : direvisi menjadi : Mampu menyediakan layanan HDF atau yang setara atau diatasnya. 5. Di Dokumen Pemilihan Mitra Kerjasama No 15.3.b1e Layar mesin Touch screen, tetapi tidak bisa diputar namun untuk mempermudah monitoring ke pasien kami punya teknologi, layar touch screen yang bisa digeser dan kita punya central monitor yang bisa dikonekkan ke Nurse station menggunakan jaringan kabel LAN. Pertanyaan : Mohon untuk layar yang bisa diputar bisa ditambahkan atau dengan teknologi untuk mempermudah monitoring kondisi pasien.	3. Sesuai dokumen pemilihan
		4. Perubahan akan kami tuangkan pada addendum
		5. Perubahan akan kami tuangkan pada addendum
	6. Di Dokumen Pemilihan Mitra Kerjasama No 15.3.b2 Pertanyaan : kategori Medium Flux untuk survey area berapa atau kategorinya apa saja	6. Sesuai dokumen pemilihan
	7. Di Dokumen Pemilihan Mitra Kerjasama No 15.3.b5 Untuk penggunaan bicarbonat kita sudah beralih ke Powder Bicarbonat, karena untuk meminimalisir kontaminasi pada produk, dan untuk mengurangi limbah sampah Pertanyaan: Mohon untuk penggunaan bicarbonat menggunakan powder saja	7. Sesuai dokumen pemilihan
	8. Di Dokumen Pemilihan Mitra Kerjasama No 15.3.b6 consumable Dialisis set yang kami punya belum semua mengandung TKDN baru Sebagian Pertanyaan : kami berharap clausul ini dapat dirubah menjadi : jumlah consumeble dialisis set yang mengandung TKDN	8. Sesuai dokumen pemilihan
	9. AKL Alat dan Consumable Pertanyaan : Apakah kami bisa menawarkan apabila AKL masih dalam proses dengan menunjukan bukti surat pendaftaran	9. Sesuai dokumen pemilihan

Demikian Berita Acara Pemberian Penjelasan/ Aanwijzing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Turut memberi penjelasan, mengetahui dan menyetujui,

No	Jabatan		Nama	Tanda Tangan
1.	Tim Juri	Ketua	Widada,S.ST.,MM	
2.		Sekretaris	Asmaratri Murwo Wibowo, SH	
3.		Anggota	dr. Muslikhah Yuni Farkhati, M.Sc, Sp.A(K)	
4.		Anggota	Arinindya Birul Nugraheni, SE	
5.		Anggota	Pratami Kuswidyastuti, SE	
6.	Tim Teknis	Koordinator	Megawati Parmasari, S.Farm, Apt, M.Sc	
7.		Sekretaris	Djumijati, S. Kep. Ns	
8.		Anggota	dr. Fredie Irijanto, PhD.Sp.PD-KGH, FINASIM	
9.		Anggota	Novi Perdana Riptaning Murti, S.Farm, Apt	
10.		Anggota	Surtiningsih, S.Kep.Ns	
11.		Anggota	Gerry Yoga Dihartaja,S.Kep.,Ns	
12.	Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama	Ketua	Widada,S.ST.,MM	
13.		Anggota	Puspaningtyas Devy Suharno, A.Md.OT	
14.		Anggota	Nur Endaryani, A.Md	
15.		Anggota	Wuri Erawati, SE	
16.		Anggota	M. Hilmy Makarim, SM	